

GtBent14\_chamber14\_2018\_04\_09\_fit

Slope =  $481.57 \pm 19.62 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $21.88 \pm 0.90 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-09 10

