

ST01319_chamber11_2018_06_05_fit

Slope = $254.36 \pm 0.33 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $12.33 \pm 0.26 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-06-06 09

