

Retest07_chamber6_2018-04-13_fit

Slope = $181.22 \pm 12.88 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $8.87 \pm 0.64 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-04-13 1

