

ST01328\_chamber20\_2018-06-05\_fit

Slope =  $377.05 \pm 0.45 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $18.53 \pm 0.13 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-06-06 05

