

bkg18\_chamber18\_2018-03-23\_fit

Slope =  $-1.65 \pm 5.65 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $-0.08 \pm 0.28 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-03-23 1

