

err4_087_chamber0_2018_04_10_fit

Slope = $283.71 \pm 0.31 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $13.54 \pm 0.31 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement [2018-04-11 01:00:00]

