

bkg39_chamber39_2018-03-23_fit

Slope = $7.69 \pm 4.80 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.37 \pm 0.23 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-03-23 1

