

err4\_085\_chamber30\_2018-04-06\_fit

Slope =  $506.20 \pm 6.84 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $13.32 \pm 0.85 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement [2018-04-06 10

