

err1_044_chamber27_2018_04_03_fit

Slope = $202.36 \pm 5.26 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $10.22 \pm 0.50 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement [2018-04-03 11:00:00]

