

st01260_chamber25_2018-06-01_fit

Slope = $15.41 \pm 5.41 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $5.55 \pm 0.40 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-06-01 1

