

err5\_111\_chamber0\_2018\_04\_25\_fit

Slope =  $216.14 \pm 1.02 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $10.31 \pm 0.24 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-25 16

