

st01290_chamber31_2018-06-01_fit

Slope = $162.89 \pm 8.20 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $7.85 \pm 0.42 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-01]

