

err4\_099\_chamber12\_2018\_04\_18\_fit

Slope =  $250.91 \pm 0.26 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $12.35 \pm 0.15 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-19 02

