

bkg2_2_chamber2_2018_03_27_fit

Slope = $0.58 \pm 4.79 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.03 \pm 0.23 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

