

Retest08_chamber0_2018_04_16_fit

Slope = $155.30 \pm 16.68 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $7.41 \pm 0.81 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-16 1

