

bkg23_chamber23_2018-03-23_fit

Slope = $-13.06 \pm 5.39 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $-0.62 \pm 0.26 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-23 1

