

GtBent02\_chamber2\_2018\_04\_09\_fit

Slope =  $440.63 \pm 9.95 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $21.06 \pm 0.73 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-09 10

