

st01350_chamber17_2018_06_05_fit

Slope = $121.96 \pm 9.30 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $5.98 \pm 0.46 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-05 1

