

err4_066_chamber45_2018_03_31_fit

Slope = $498.14 \pm 11.93 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $22.64 \pm 0.62 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-03-31 18

