

st01342_chamber10_2018-06-05_fit

Slope = $138.44 \pm 9.05 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.58 \pm 0.46 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-05 1

