

err2_047_chamber28_2018_04_06_fit

Slope = $149.41 \pm 1.17 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $7.05 \pm 0.26 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-04-06 1

