

bkg38_2_chamber38_2018_03_27_fit

Slope = $0.56 \pm 5.24 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.03 \pm 0.25 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-03-27 1

