

ST01323_chamber15_2018_06_05_fit

Slope = $239.34 \pm 0.31 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $11.24 \pm 0.16 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-06-06 09

