

bkg29\_chamber29\_2018\_03\_23\_fit

Slope =  $2.87 \pm 4.91 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $0.15 \pm 0.26 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-23 1

