

err4_083_chamber30_2018_04_05_fit

Slope = $283.06 \pm 7.98 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $12.32 \pm 0.81 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement ☐ 2018-04-05 11

