

err4_078_chamber31_2018-04-04_fit

Slope = $276.46 \pm 12.22 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $13.33 \pm 0.64 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement ☐ 2018-04-04 09

