

GtBent15_chamber15_2018_04_05_fit

Slope = $196.14 \pm 16.73 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $9.21 \pm 0.80 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-05 1

