

err2_059_chamber28_2018_04_27_fit

Slope = $137.01 \pm 12.13 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.47 \pm 0.62 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-04-27 1

