

err5_101_chamber15_2018_04_19_fit

Slope = $329.81 \pm 19.94 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $15.49 \pm 0.96 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement ☐ 2018-04-19 11

