

bkg32_3_chamber32_2018_03_28_fit

Slope = $5.55 \pm 4.87 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.24 \pm 0.21 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-28 1

