

err3_064_chamber25_2018-05-10_fit

Slope = $186.35 \pm 5.21 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $8.96 \pm 0.51 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement: 2018-05-10 1

