

st01296_chamber36_2018_06_01_fit

Slope = $98.25 \pm 8.41 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $4.69 \pm 0.41 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-06-01 1

