

st01337\_chamber5\_2018\_06\_05\_fit

Slope =  $140.08 \pm 8.10 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $6.82 \pm 0.59 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-06-05 1

