

bkg14\_chamber14\_2018\_03\_23\_fit

Slope =  $2.85 \pm 5.37 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $0.13 \pm 0.24 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-23 1

