

ST01312\_chamber4\_2018\_06\_05\_fit

Slope =  $278.85 \pm 0.34 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $13.33 \pm 0.49 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-06-06 09

