

err2_046_chamber28_2018_04_05_fit

Slope = $92.02 \pm 18.29 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $4.34 \pm 0.88 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-05 1

