

bkg31\_2\_chamber31\_2018\_03\_26\_fit

Slope =  $2.09 \pm 5.34 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $0.10 \pm 0.26 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-26 2

