

err5_069_chamber49_2018-03-31_fit

Slope = $458.57 \pm 12.13 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $21.26 \pm 0.61 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-03-31 22

