


st01264\_chamber28\_2018\_06\_01\_fit



Slope =  $121.28 \pm 5.92 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $5.73 \pm 0.35 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-06-01 1