

st01284_chamber25_2018-06-01_fit

Slope = $139.31 \pm 8.10 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.69 \pm 0.53 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-01]

