

err4\_102\_chamber15\_2018\_04\_19\_fit

Slope =  $276.54 \pm 5.10 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $12.99 \pm 0.24 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-19 14

