

err5_110_chamber24_2018_04_25_fit

Slope = $250.12 \pm 18.69 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $11.87 \pm 0.91 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-25 10

