

err1_050_chamber27_2018-04-12_fit

Slope = $1.7554 \pm 9.21 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $8.86 \pm 0.59 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-12 1

