

err4_098_chamber11_2018-04-17_fit

Slope = $281.90 \pm 1.34 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $13.66 \pm 0.29 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement [2018-04-17 15:00:00]

