

err5_075_chamber31_2018-04-03_fit

Slope = $451.98 \pm 5.44 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $21.79 \pm 0.49 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-03 11

