

err5\_080\_chamber31\_2018-04-04\_fit

Slope =  $264.85 \pm 1.17 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $12.77 \pm 0.25 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement [2018-04-04 17:00:00]

