


bkg46_2_chamber46_2018_03_27_fit



Slope = $3.10 \pm 4.83 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.13 \pm 0.21 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1