

err4_096_chamber9_2018_04_16_fit

Slope = $277.83 \pm 0.34 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $13.28 \pm 0.35 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-17 00

