

st01333_chamber1_2018_06_05_fit

Slope = $125.84 \pm 7.54 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.14 \pm 0.49 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-06-05 1

