

err3_056_chamber25_2018-04-25_fit

Slope = $59.73 \pm 17.81 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $2.87 \pm 0.87 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-25 0

